

Vaktskifte – Systemsjekk Intensiv

Del 1 med avtroppende og påtroppende sykepleier

Avtroppende sykepleier er innlogget

- Gå gjennom «**Behandlingsplan**» og «**Organfunksjon og mål**» under fanen «Sammendrag»
- FØR man åpner «Systemsjekk» som ligger nederst under underfanen «Isbar», gjør følgende;
 1. Åpne «Infusjonsverifisering» under aktiviteten «Flytskjema»
 2. Dobbeltkontroll av alle infusjoner (Styrke, hastighet, riktig protokoll og medikament, sprøytetype og holdbarhet)
- **LMA:** Gjennomgang av resterende medikamenter
- **Væskebalanse:** Sjekk at væskebalansen for din vakt er riktig før man går av. Antibiotikavæske, volum ernæring, diurese, perspiratio mm
- «**Systemsjekk**» via ISBAR
 - Pasientens ID-bånd
 - Monitor (sjekk alarmgrenser)
 - Legeforordning lest (om ikke allerede gjort)
- Gå gjennom evt respiratorinnstillinger og evt annet aktuelt
- **Dobbelsignering i «Systemsjekk-skjema»**
 - Påtroppende signerer med sine initialer

Avtroppende sykepleier logger av «Helseplattformen»

Del 2 utføres av påtroppende sykepleier alene

Dokumenteres i «Flytskjema» - «Systemsjekk» - fortsett på påbegynt systemsjekk

- **Dren**
 - Innstillinger / drensåpning / bandasje
 - Sjekket og vurdert i «Avatar»
- **KDT**
 - Sjekk og vurder alle aktuelle i «Avatar»
 - Nulle arteriekran
- **Respirator**
 - Sjekk og skriv inn alarmgrenser
 - Alarm Topptrykk
 - Alarm MV øvre / nedre
 - Alarm RF øvre
 - Sjekk riktig innstilling av str tube og tubekompensasjon
 - Sjekk riktig innstilling av kjønn og vekt
- **Sikkerhetsutstyr ved sengen**
 - Bag tilkoblet O₂ og sug
 - Sjekk rom generelt

