

CPAP - behandling

6. Overvåkning – ABCDE

Spesielle hensyn

Respirasjonsfrekvens, -dybde og grad av våkenhet følges nøye av hensyn til CO₂ opphopning.

Maskebehandling er en krevende behandling. Forlat aldri pasienten.

7. Bivirkninger

- Redusert venøs tilbakestrømming til hjertet (preload) kan påvirke pumpeeffekt og blodtrykk.
- Psykisk reaksjon – engstelse.
- Luft i ventrikkelen – pasienten svelger luft.
- Uttørring og irritasjon av øvre luftveier.

Ved bivirkninger avbrytes behandlingen i korte intervaller, eventuelt avbrytes helt om nødvendig.

8. Tekniske hensyn

- Kontroller at det strømmer overskuddsgass ut av CPAP-ventilen under hele respirasjonssyklusen.
- Sikkerhetsventilen skal forbli lukket under respirasjonssyklusen for å sikre tilstrekkelig gasstilførsel. Den åpner ved avbrudd eller for lav gassflow. Obs tetting av luftinnsuget til generatoren (dyne etc.)